

单一来源采购专家论证意见表

时间：2017年3月9日

中央一级预算单位	
使用单位	中国药科大学新药安全评价研究中心
项目名称	DSI植入式生理信号监测系统植入子更新服务
项目金额	约16万元人民币
专家1 论证意见	<p>本中心现有设备为西文泰代埋的DSI植入子,由于电池损耗,必须原公司提供的新电池,以确保仪器正常工作。</p> <p>专家姓名: 杨勇 工作单位: 药大 职称: 教授</p> <p>联系电话: 13913963000 身份证号码: 321124197612264319</p>
专家2 论证意见	<p>由于植入式生理信号监测系统植入子电池损耗,需对原植入子更换电池,方可继续使用,为保障仪器运行正常,需购买原厂售后服务。</p> <p>专家姓名: 高继华 工作单位: 中国药科大学 职称: 副教授</p> <p>联系电话: 13951933013 身份证号码: 320106196202162012</p>

使用单位	中国药科大学新药安全评价研究中心
项目名称	DSI植入式生理信号监测系统植入更新服务
项目金额	约16万元人民币
专家3 论证意见	<p>结合药科大学信息中心对植入式监测系统功能的要求。由于是原植入设备地更换及设备更新，为便于项目实施开展，并考虑到价格较为合理，且原公司信誉较好，建议购买原设备。</p> <p>专家姓名： 工作单位： 职称： 吴玉林(代) 中国药科大学 副教授 联系电话： 身份证号码： 32010619560801201X</p>