

单一来源采购专家论证意见表

时间: 2017年 3月 15日

中央一级预算单位	中国药科大学
使用单位	新药筛选中心
项目名称	AB SCIEX QTRAP 5500 液质联用仪更换超高效液相组件
项目金额	5.4万美元
专家 1 论证意见	<p>原设备为岛津 LC-20AD, 其他厂家仪器与现有工作站不配套, 宜仍配备岛津液相。</p> <p>专家姓名: 黄鑫 工作单位: 新药筛选中心 职称: 副研究员 联系电话: 13821799051 身份证号码: 350102197712220862</p>
专家 2 论证意见	<p>AB SCIEX QTRAP 5500 原设备的液相为岛津高效液相, 不同厂家仪器配件有差异, 难以兼容, 建议购买同一厂家的仪器。</p> <p>专家姓名: 廖仁 工作单位: 新药筛选中心 职称: 教授 联系电话: 13705185288 身份证号码: 320106196501121245</p>
专家 3 论证意见	<p>AB QTRAP 5500 原配置的 HPLC 因二元混合泵故障以及流速过低, 在进行代谢组学分析时进度过慢, 因此更换超高效液相。考虑质谱仪器工作站兼容性, 建议仍购买同一品牌的岛津仪器。</p> <p>专家姓名: 孙丽新 工作单位: 新药筛选中心 职称: 副研究员 联系电话: 15195999925 身份证号码: 320113197810132106</p>
.....	