

单一来源采购专家论证意见表

时间: 2017年 3月 24日

中央一级预算单位	中国药科大学
使用单位	天然药物活性组分与药效国家重点实验室
项目名称	岛津液相色谱仪配件及耗材
项目金额	5万美金

专家 1 论证意见

为节约成本与主机兼容考虑  
建议所购液相色谱离子源  
及相类配件选择同一生  
产厂商。

专家姓名: 柏华 工作单位: 中国药科大学副教授  
联系电话: 83271379 身份证号码: 61030219850040547

专家 2 论证意见

不同厂家的离子源兼容性  
难以兼容, 为充分利用现有的  
液相色谱系统, 应选择同一  
品牌的离子源。

专家姓名: 李相宇 工作单位: 中药学院 职称: 教授  
联系电话: 13952095836 身份证号码: 42010019751021834

专家3 论证意见

设备为品牌 C-20A 与同  
同其他品牌之设备之配件可通  
合其机与所有仪器不匹配，  
所以要求同品牌同规格之  
仪器耗材。

专家姓名: 李小明 工作单位: 中国电科电子 职称: 副教授  
联系电话: 13770940318 身份证号码: 34030319700724006